

 VÍTKOVICE VÍTKOVICE TESTING CENTER	VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o Kontrolní metrologické středisko Kotkova 431/4a, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Kalibrační laboratoř č. 2285	 
www.testingcenter.cz Tel: 420-59 595 2419 řijem měřidel Tel: 420-59 595 240	akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018	Tel: 420-59 595 7918 Strana : 1 ze 2

KALIBRAČNÍ LIST

č.: 77/2021/E



Datum vystavení : 12.5.2021

Schválil : Ing. Vlastimil Drbálek Podpis : *Del.*
Zástupce vedoucího KMS

Objednatel kalibrace Měřidlo Měřicí rozsah Specifikována přesnost Evidenční číslo Výrobní číslo Počet kusů Datum přijetí měřidla Předpis pro kalibraci Datum kalibrace Kalibroval	: Hromoelektró s.r.o. U Statku 92/1, 747 14 Ludgeřovice Revizní přístroj UNI-T UT521 dle tech. dokumentace dle tech. dokumentace - 820044981 1 20.4.2021 CI-KMS I-17 11.5.2021 Ing. Vlastimil Drbálek	Vydání : 2 Revize : 0 Podpis : <i>Del.</i>
---	--	--

1.0 Měřidla / etalony použité ke kalibraci :

Měřidlo / etalon	Evidenční číslo	Platnost kalibrace	Návaznost
Kalibrátor Fluke 5320A	982/018	17.3.2023	ČMI Brno, AKL K2202; k.list 6011-KL-L0204-21

2.0 Podmínky kalibrace :

Kalibrace byla provedena výše uvedeným kalibračním postupem. Ke kalibraci byly použity etalony uvedené v čl. 1.0. Přístroj byl kalibrován při teplotě prostředí (23 ± 2) °C.